



Общество с ограниченной ответственностью
«ОМЗ-Спецсталь»

Ижорский завод д. б/н, Санкт-Петербург, Колпино, 196650
Тел./факс: (812) 322-88-67, 322-80-07; E-mail: specsteel@omzglobal.com, www.omz-specialsteel.com
ОКПО 33902054 / ОГРН 1026605609348 / ИНН 6673089388 / КПП 783450001

От 01.02.2013 №2019250/16

ООО «Теплоприбор»

Руководителю

ОТЗЫВ О РАБОТЕ ИЗДЕЛИЙ ООО «ТЕПЛОПРИБОР»

На наше предприятие в опытно промышленную эксплуатацию были предоставлены следующие изделия:

Термопреобразователь ТПП 1к-П-1000

Контрольный датчик ТХА-П- К

Термопреобразователь ТХА -1к-П-3200

Контрольный датчик ТНН-П-К

Данные изделия использовались в цехе №8:

- Термопреобразователь ТПП 1к-П-1000 t 0 – 1150 С время работы 10000 часов
- Контрольный датчик ТХА-П- К от – 40 до 1000 С время 500 циклов (нагрев-охлажд)
- Термопреобразователь ТХА -1к-П-3200 от 0 до 1100 С время 8000 часов
- Контрольный датчик ТНН-П-К от 0 до 1250 С время – 500 циклов

Уведомляем, что инерционность термопреобразователей соответствует требованиям тех. процесса обработки деталей и заготовок в нагревательных печах, все изделия соответствуют заявленным параметрам, в плане стабильности и ресурса превышают показатели аналогичных изделий других производителей и полностью нас устраивают.

Выражаем благодарность за высокое качество Ваших изделий, рекомендуем продукцию ООО «Теплоприбор» в качестве надежного поставщика и выражаем готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Ведущий специалист УЗВМик



Курышев Н.В.