



Общество с ограниченной  
ответственностью  
**«Литейный центр»**

1000 «Литейный центр»  
456800, Россия, В. Уфалей, Челябинская область, ул. Ленина, 129  
тел.: +7(35164) 2-36-36  
ИНН 7402011767, КПП 740201001, ОКОНХ 96130, ОКПО 02817640  
р/сч 407 028 100 722 700 258 98, к/сч 301 018 107 000 000 006 02  
в Челябинском ОСБ №8597, г. Челябинск  
БИК 047501602, ОГРН 1027700132195



Исх. \_\_\_\_\_  
от «05» марта 2020г.

Генеральному директору  
ООО «Теплоприбор-сенсор»  
Заседательевой Т.А.

### Отчет по опытным термопарам ООО «Теплоприбор-Сенсор»

С 27 февраля 2020г. в условиях ООО «Литейный центр» проводились испытания опытных термопар ПТП-В-400-С производства ООО «Теплоприбор-Сенсор» г.Челябинск.

Сравнительные испытания производились на индукционной плавильной печи FS-40. Было произведено несколько замеров термопарами ПТП-В-400-С, показания совпали с термопарами используемыми в производстве.

Вывод: Так как не выявлено различий в показаниях термопар, допускается применение термопар ПТП-В-400-С производства ООО «Теплоприбор-Сенсор» г.Челябинск в условиях ООО «Литейный центр».

Главный технолог  
ООО «Литейный центр»

А.С. Юдин  
05.03.2020г.