

«90» 02 2013 года.

ООО «Уралстрой»
Директору
Черноскутову С.А.
(343) 263-79-18

Отзыв.

В период с 01.11.12. по 13.12.12. на объекте УН 5/1-5 эстакады налива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны ЗАО «Антипинский НПЗ» установлен прибор «Вибротач» L54YBDAAA0083 зав.№ 402, который находился в опытно-промышленной эксплуатации. Эксплуатация прибора проводилась в производственных условиях на действующем технологическом оборудовании, а также были проведены производственные испытания в лабораторных и «полевых» условиях. В ходе проведения технологического процесса заполнения и слива цистерн срабатывания сигнализатора уровня фиксировались с помощью автоматизированной системы контроля и управления технологическим процессом. В период эксплуатации замечаний в работе прибора не зафиксировано.

Гл. метролог ЗАО «Антипинский НПЗ»



А. В. Говядинов