

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ



№ 17203 от 14 декабря 2023 г.

Срок действия до 7 ноября 2028 г.

Наименование и обозначение типа средства измерений:

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ, ТСМУ-Ех, ТСПУ-Ех, ТХАУ-Ех

Производитель:

ООО «ЧТП», Российская Федерация

Местонахождение производственной площадки (производственных площадок): —

Методика поверки:

2.821.158 РЭ «Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ, ТСМУ-Ех, ТСПУ-Ех, ТХАУ-Ех. Руководство по эксплуатации»

Интервал времени между государственными поверками:

12 месяцев (для термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом ТХАУ, ТХАУ-Ех);

24 месяца (для термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом ТСМУ, ТСПУ, ТСМУ-Ех, ТСПУ-Ех)

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14.12.2023 № 93.

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений (с 20.05.2026 действует в редакции с изменением № 1, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20.05.2026 № 60).

Заместитель Председателя




И.А.Кисленко
М.П.

И.А.Кисленко

(инициалы, фамилия)