

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 49420-12

Срок действия утверждения типа до 10 марта 2027 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Блоки питания датчиков БПК-40М, БПК-40-Ех, БПД-40-Ех. 2000П-Ех

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод «Теплоприбор»
(ООО «ЧТП»), г. Челябинск

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
СПГК.5005.001 РЭ, раздел 14 (БПД-40-Ех); 2.087.012 РЭ, раздел 3 (2000П-Ех);
2.087.004 РЭ, раздел 14 (БПК-40-Ех); 2.087.016 РЭ, раздел 3 (БПК-40М)

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений внесены приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 30 марта 2026 г. N 602.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

Е.Р.Лазаренко

«08» апреля 2026 г.