


423570, Татарстан Республикасы,  
Түбән Кама шәһәре, а/я 97 РУПС  
тел: (8555) 49-02-02, 49-02-10  
факс: (8555) 49-02-00  
e-mail: referent@taneco.ru  
web: www.taneco.ru



423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, а/я 97 РУПС  
тел: (8555) 49-02-02, 49-02-10  
факс: (8555) 49-02-00  
e-mail: referent@taneco.ru  
web: www.taneco.ru

28.06. 2018 г. № 5248/21.13

*Отзыв об опытно-промышленном испытании  
вибрационных сигнализаторов уровня Вибротач L*

Генеральному директору  
ООО «Теплоприбор-Сенсор»  
А.А. Ухину

Уважаемый Андрей Алексеевич!

В период с октября 2018 года по июнь 2019 года, на АО «ТАНЕКО» были проведены опытно-промышленные испытания вибрационных сигнализаторов уровня Вибротач L производства ООО «Теплоприбор-Сенсор». Местом установки были определены трубопроводы нагнетания технологических насосов для защиты от сухого хода.

За время испытаний, нареканий по работе приборов со стороны эксплуатационного и обслуживающего персонала не поступало. В настоящее время сигнализаторы установлены на технологических позициях и продолжают эксплуатацию.

По результатам испытаний, приборы могут рекомендоваться к применению.

С уважением,  
Главный приборист

О.Н. Федин